



## Rotore compatibile KaVo 655-660 B/C, cusc. Myonic ceramici torlon

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica KaVo 655B/C e 660B/C, fornito con cuscinetti Myonic ceramici torlon.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** HKC655KC

**Categorie:** 655-660-S619L

### Descrizione

---

Il rotore completo compatibile KaVo 655B/C e 660B/C è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic ceramici torlon.

#### Compatibilità turbine

- KaVo 655B
- KaVo 655C
- KaVo 660B
- KaVo 660C

Codice rotore riferimento KaVo: **1.000.2078**

#### Caratteristiche tecniche

- Fornito con cuscinetti Myonic ceramici torlon
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349