


Rotore compatibile NSK TI-MAX A 450 PHATELUS 45S NCH-SU03



Rotore cartuccia compatibile per turbina odontoiatrica NSK Ti-Max A450 e PHATELUS 45S, con cuscinetti torlon ceramici, codice serie NCH-SU03.

Disponibile

COD: HNK4101

Categorie: T-Max

Descrizione

Il rotore cartuccia compatibile NSK Ti-Max A450 PHATELUS 45S è un ricambio per turbina odontoiatrica.

Compatibilità turbine

- NSK Ti-Max A450
- NSK PHATELUS 45S

Codice serie turbina NSK: **NCH-SU03**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349