


## Rotore compatibile W&H 395-398-695 PB, cuscinetti Myonic ceramici



Rotore per turbina odontoiatrica compatibile W&H 395, 398, 695 fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** WT39XNT

**Categorie:** 3xx-6xx-7xx-8xx

### Descrizione

---

Il rotore compatibile W&H 395, 398, 695 è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

### Compatibilità turbine

- W&H 290B
- W&H 295
- W&H 390
- W&H 393
- W&H 395
- W&H 695

### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349