


Rotore completo Ivory, per turbina S504 4 spray dal SN 2501001

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Ivory S504M 4 spray dal SN 2501001, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: TIV500.3
Categorie: Ivory

Descrizione

Il rotore completo per Ivory S504M 4 spray con serial number da 2501001 è un ricambio per turbina odontoiatrica con cuscinetti Torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- Ivory S504M con serial number ? 2501001

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349